

# EXTECH®

## CL205 Chloorelektrode

### Instructies voor de installatie

1. Schakel de meter "uit".
2. Verwijder de bevestigingskraag die de sonde op de meter houdt.
3. Met een zachtjes schuddende beweging aan de oude sonde trekken om ze te verwijderen.
4. Volg de omgekeerde volgorde om de nieuwe sonde te installeren. De contacten niet aanraken.

### Instructress voor de opberging van de elektrode

1. Na het gebruik spoelen met gedeïoniseerd water.
2. Zachtjes drogen met een papieren doekje.
3. Droog bewaren met bevestigde opslagkap.

Zie de handleiding van de meter voor verdere instructies.

Deze sonde is compatibel met:

CL200 ExStik® Chloormeter

PH100 ExStik® pH-meter

PH110 ExStik® pH-meter

RE300 ExStik® OPR-meter

### 6 maanden garantie

### Contactinformatie van de klantenservice

---

Telefoonlijst voor klantenondersteuning: <https://support.flir.com/contact>

E-mail voor kalibratie, reparatie en retourzendingen: [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

Technische ondersteuning: <https://support.flir.com>



Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle rechten voorbehouden, waaronder de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm

[www.extech.com](http://www.extech.com)