



Modello HDV-4CAM-5FM

Sonda Flessibile Obiettivo Macro

Da utilizzare solo con l'Endoscopio HDV600

Grazie per aver acquistato questa sonda video professionale. Questo foglio include unicamente gli avvisi e le specifiche per la sonda. Le istruzioni riguardo l'utilizzo dell'Endoscopio HDV600 sono fornite nel Manuale d'Istruzioni dell'Endoscopio.

Nota: I LED della camera diventano caldi quando sono impostati alla massima intensità

L'etichetta sulla sonda mostra il numero seriale e numero del pezzo nel formato mostrato qui sotto. Si prega di non rimuovere quest'etichetta; altrimenti la garanzia sarà invalidata.

Parte N°TX1 F/M/R (flex/macro/rigida) **Num. di serie:** HDV110001

Avvisi

- Non piegare ad un diametro inferiore ai 10 cm (4")
- La garanzia è invalidata se sono rimossi adesivi, cartellini o etichette

Specifiche

Risoluzione	320 x 240 pixels
Lunghezza	5 m (16')
Diametro esterno	4 mm (0,157")
Distanza di messa a fuoco	da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,36")
Involucro	Acciaio inossidabile
Campo Visivo	56°
Numero di lampadine	4
Uscita Lampadina	1000 Lux a 15mm
Temperatura Operativa	da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Temperatura Conservazione	da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)

Questo prodotto è garantito per un anno

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma.

ISO-9001 Certified

www.extech.com